

Specmed Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 4
38-400 Krosno

PFMS Sp. z o.o.
ul. Polska 118
60-401 Poznań
e-mail: office@pfms.com.pl

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawa cyfrowego aparatu RTG ogólnodiagnostycznego” z dnia 11.06.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy PFMS Sp. z o.o. z dnia 15.06.2026 r. dotyczący wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, VII pkt 66: „Najniższa wysokość blatu stołu od podłogi = 55 cm (± 2 cm)”.

Treść pytania Wykonawcy: Wykonawca wnosi o dopuszczenie wysokości blatu od podłogi na poziomie 57,5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z najniższą wysokością blatu od podłogi na poziomie 57,5 cm. Powyższa wartość zostanie uznana przez Zamawiającego za spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, VII pkt 106: „Ochrona przed zalaniem min. IP X3”.

Treść pytania Wykonawcy: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stopień ochrony IP56.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że urządzenie posiadające deklarowany przez producenta stopień ochrony IP56 zostanie uznane za spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie ochrony przed zalaniem. Stopień ochrony IP56 zostaje uznany za spełniający wymaganie określone jako minimum IPX3.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W pozostałym zakresie treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

.....
Specmed Sp. z o.o.